


الملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء شراء اجهزة مختبر
(صوامع الجودة)

عطاء رقم (2023/7/14)

A handwritten signature in blue ink is placed over the date at the bottom right of the document.

شروط دعوة عطاء رقم (2023/7/14)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصومام والتموين بطرح عطاء شراء اجهزة مختبر (semi-Automatic Kjeldahl system for Dualchamber system for Gluten testing in wheat flour samples FLOUR, WHEAT,DURUM, ANDSEMOLINA) جهاز فحص وتحديد البروتين ، وفق الشروط التالية:-

الشروط العامة:-

- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككافالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض.
- 2- أ/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحاله.
 2. عدم تقديمها لكافالة حسن التنفيذ.
 3. رفضه تبلغ قرار الإحاله.
- ب/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 3- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن التنفيذ (10%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة).
- 4- في حال تم توجيهه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الإعلان.
- 6- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطوابع وأجور الإعلانات عند تبلغه قرار الإحاله وقبل توقيع الإتفاقية.
- 7- الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحاله.
- 8- يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- 9- يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الأسباب.
- 10- قيمة نسخة العطاء (50) خمسون دينار غير مستردة.
11. آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2023/7/30 في مبني إدارة الشركة الكائن في عمان منطقة خلدا مبني ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو - بجانب مدارس اكاديمية عمان - خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول.

- .1. إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تنفيذ العطاء فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو متفرقة بحقه:-
- أ-. فسخ الاتفاقية و/أو مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً.
 - ب-. إحالة العطاء على متعهد آخر وتضمين المتعهد الأصلي فرق الأسعار.
 - ج-. تغريميه مبلغ (100) مائة دينار عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة لإنجاز العطاء على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعه الأخيرة.

الشروط والمواصفات الخاصة:-

- .1. تقدم العروض بالدينار الاردني شاملأً لكافة الرسوم والطوابع والضرائب.
- .2. السعر المقدم من المتعهد شاملأً ضريبة المبيعات والنقل والجمارك واي ضرائب او رسوم اخرى.
- .3. على المتعهد بيان بلد المنشأ للجهاز والقطع التي سيتم تركيمها.
- .4. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
- .5. يتم تقديم طلب أي ا伊斯احات للجنة الشراء وقبل تقديم العروض بمدة اسبوع على الاقل.
- .6. يجوز للراغبين بشراء دعوة العطاء والراغبين بالاشتراك إجراء زيارة ميدانية للموقع بالتنسيق مع ادارة صوامع الجويده على هاتف رقم (4126736) وخلال اوقات الدوام الرسمي.
- .7. على المتقدم للعطاء تقديم مايثبت قدرته ولملاءه المالية له.
- .8. التقييم على اساس الجودة والسعر.
- .9. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-

 - أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعه.
 - ب. (25%) من قيمة العطاء بعد التوريد.
 - ت. (25%) من قيمة العطاء بعد الإستلام النهائي.

- .10. المحاكم الأردنية (عمان) هي المختصة بالنظر في تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ هذا العقد.
- .11. مدة تنفيذ هذا العقد هي (90) يوم تقويمي بحد اقصى وذلك اعتبارا من توقيع الاتفاقية.
- .12. لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إسلام الاجهزه المخالفه للمواصفات.
- .13. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
- .14. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
- .15. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد فيما كانت الأسباب.
- .16. تصادر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكر المتعهد عن التوقيع على الاتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة إلى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الاتفاقية واستكمال كافة حقوق الشركة.
- .17. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الاتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفوياً أو خطياً بقرار الإحاله.

- .18. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الأسباب على أن يتحمل المتعهد مسؤولية أي ضرر قد يحدث.
- .19. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بعد التسليم النهائي بقيمة (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق.
- .20. يحق للشركة شراء كل جهاز على حدى ، وسيتم الشراء حسب المخصصات المرصودة لهذه الغاية.
- .21. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
- .22. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعة وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم النهائي.
- .23. يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبتت مصنعيتها خلال مدة شهر من تاريخ اشعاره بذلك.
- .24. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه مايلي :-
- أ. تحديد مدة التوريد.
 - ب. تحديد مدة التركيب والاستلام المبدئي.
 - ت. تحديد مدة التشغيل التجاري.
 - ث. تحديد مدة الاستلام النهائي.
- .25. السعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب في الموقع (مختبر الجودة) او في الشركة المصنعة.
- .26. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطى منه باطلاعه على كافة وثائق هذا العطاء وعلى جميع الشروط الواردة فيه.
- .27. الشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ العقد.

الشروط والمواصفات الخاصة بالاجهزه:-

ITEM 1:

semi-Automatic Kjeldahl system for protein testing in wheat flour samples

- Microprocessor-controlled steam distillation unit
- full-colour TFT (touchscreen)
- meets all requirements of GLP / ISO 17025
- Suitable for all established methods of Kjeldahl determination and other physical separation methods for steam-soluble substances, such as ASTM, AOAC, EPA, DIN/EN/ISO, VDLUFA.
- chemical-resistant and corrosion-free plastic housing
- an automatic, maintenance-free steam generator
- standby mode during break periods
- Directly visible distillation process

- distribution head made of polypropylene and with an acid-resistant reagents pump.
- sodium hydroxide automatically added, as well as the steam output and distillation time.
- The steam output is adjustable from 0 to 100 %.
- at least 1000 different methods for distillation can be stored
- The addition of sodium hydroxide or reagent can be increased manually
- Activated user level
- The data can be exported and entered into an LIMS system
- Safety door
- Easy Clean surface
- Additional safety is provided by the overcurrent circuit breaker and the according to SELV (Safety Extra Low Voltage)
- The safety concept of the device also includes controlled, protected removal of all chemicals and vapours
- Distillation time [min]: 2 - 6
- Reproducibility [%] +/- 1
- Detection limit N [mg] 0,1
- Storage tank 20 L
- Digestion unit 6 position Infrared rapid digestion
- The capacity control adjustment is stepless from 0-100 %.
- Control up to nine energy-time-programs can be stored.
- Insert racks
- Exhaust manifold made of glass,
- Drip tray
- Glass Beads 1,000 pcs
- Catalyst-tablets
- Grain analysis training

ITEM 2:

Dualchamber system for Gluten testing in FLOUR, WHEAT, DURUM, AND SEMOLINA

- International Association for Cereal Science and Technology (ICC) standard no 13711, 155 and 158
- American Association of Cereal Chemists (AACC International) method no 38-12.02
- International organization for Standardization (ISO) standard ISO 21415-2, -4
- GAFTA Method 34:2
- Large touch screen

Handwritten signatures in blue ink, likely representing approval or certification.

- Select regional settings like language, time zone, date and time format
- Automatic result calculation and storage
- Communication ports for Centrifuge 2010, balance and for connection with LIMS system/PC.
- Comparable Results: Gluten testing results and values are included in wheat reports worldwide
- The operator can select to let the instrument do the initial dispensing of the Mix solution. The operator will then only add the sample to the Wash chamber assembly and fit it to the instrument
- The screen prompts and guides users through the various approved gluten test procedures.
- Automated calculation
- The instrument shall feed 265 +/- 15 ml of wash solution during the 5 minutes washing time.
This amount can be checked in the collecting beakers after a test is finished.
- Include the following :
- Two cups cup 400 ml and Flour sample with Wet Gluten Content, Gluten Index, Dry Gluten Content and Water Binding in Gluten, specified. 100 gram.

المدير العام

م. عماد الطراونة